

produkt firmy **proceq****Aparat Pull-Off Dyna Estrich**

Dyna Estrich przeznaczony jest do pomiaru wytrzymałości na odrywanie.
Maksymalna siła zrywająca 4 kN, dokładność 3%.
Skala w N/mm², odniesiona do płytki badawczej Ø 50 mm.
Działka elementarna 0,05 N/mm².
Manometr wskazówkowy ze wskazaniem wartości maksymalnej.
Walizka transportowa 320 x 290 x 110 mm, masa 2.8 kg.

Gwarancja: 12 miesięcy

Akcesoria

Nr kat.	Opis
DY POAK R50A	Płytki badawcze do badania Pull-Off aluminiowe (10 szt.)
DY POAK R50S	Płytki badawcze do badania Pull-Off stalowe (10 szt.)
DY POAK T50H	Koronka diamentowa do przygotowania powierzchni

Nasza firma od 1961 roku jest obecna na rynku sprzedaży do laboratoriów budowlanych.

26.11.2015. C15-10