

produkt firmy **proceq****MLO NR Młotek Schmidta z rejestratorem, Typ NR**

Zgodno z norm : EN 12504-2

Zakres pomiaru wytrzymałości na ściskanie od 10 do 70 N/mm<sup>2</sup>.

Energia uderzenia = 2,207 Nm.

Wartości są zapisywane w postaci wykresu słupkowego na taśmie papierowej.

Gwarancja: 12 miesięcy

30.01.2017. C16-0 R10 T0